

Avviso per consultazione preliminare di mercato.

(Pubblicità ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Direzione Tecnica intende indire una procedura, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura della strumentazione riportata a seguire e suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1: n. 1 microscopio ad epifluorescenza avente le caratteristiche di seguito elencate:

- distanza interpupillare regolabile;
- contrasto di fase;
- illuminazione trasmessa con controllo manuale della luminosità;
- filtro di eccitazione 450-490 nm;
- filtro di eccitazione 340-380 nm;
- filtro barriera 420 nm;
- filtro barriera 450-490 nm;
- obiettivi: 20x, 40x, 100x;
- contrasto ad interferenza differenziale per l'obiettivo 100x;
- oculare con micrometro lineare.

LOTTO 2: n. 3 incubatori refrigerati aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- convezione forzata dell'aria;
- doppia porta interna/esterna;
- illuminazione interna;
- range di temperatura di esercizio: +5 - +50°C;
- variazione di temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- profilo di temperatura/tempo multisegmento a step regolabili
- funzione di ritardo di avvio programmabile
- possibilità di controllo remoto tramite Internet
- capacità netta indicativa: 250 litri

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.emr.it |
P.IVA e C.F. 04290860370

Area Acquisizione beni e servizi

acquisti@arpae.emr.it | pec: acquisti@cert.arpae.emr.it

- ripiani a griglia metallica

In vista di tale procedura Arpae intende incontrare nei mesi di marzo p.v. gli operatori interessati all'iniziativa.

Per concordare un appuntamento gli operatori economici possono inviare una specifica richiesta a mezzo pec a: acquisti@cert.arpa.emr.it entro e non oltre il termine del 27 febbraio p.v..

Bologna, 11/02/2019

La Responsabile del Laboratorio Multisito
(F.to Dott.ssa Leonella Rossi)