

Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA.

Oggetto: RdO aperta n. 2646427 per la sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura, suddivisa in lotti, mediante somministrazione periodica di filtri Alfatech e materiale da laboratorio (micropipette, provette, puntali) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 24 mesi. AGGIORNAMENTO CHIARIMENTI AL 02/10/2020.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti inerenti le RdO in oggetto siamo a fornire le seguenti precisazioni indicate dal Responsabile del Procedimento.

LOTTO 2 Materiale vario da laboratorio (micropipette, provette, puntali) CIG 843279201B.

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

Domanda: in merito alle posizioni n. 1-2-28-30-31, chiediamo gentilmente il codice di riferimento dei prodotti in uso.

Risposta:

POS.	Descrizione prodotto.	Codice articolo prodotti in uso
1	1 rack di lavoro a 24 posti per provette da 1,5/2 mL+ 1 accumulatore di freddo -21°C per 3 ore	3880001174
2	1 rack di lavoro a 24 posti per provette da 1,5/2 mL+ 1 accumulatore di freddo 0°C per 6 ore	3880001166
28	TUBE RACKS eppendorf 24 alloggiamenti per recipienti da 1,5/2,0ml	HS120243

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

30	UNITA' FILTRANTE PSF 500/1000 ML con innesto pompa da vuoto autoclavabile.	SIAL1098-12EA
31	UNITA' FILTRANTE PSF 500/500 ML con innesto pompa da vuoto autoclavabile.	SIAL1097-12EA

Domanda: chiedo indicazioni sui mg/g di solido all'interno dei 6 ml della posizione 6 Colonnine SPE silica gel SI-OH ml 6 Supelclean LC-SI

Risposta: 500 mg, il codice dell'articolo attualmente utilizzato è 505374.

Il Responsabile del procedimento
(Dr.Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente