

Ai fornitori

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto: RDO n. 3478488 - CIG: 9709936CA9 - CUP I83C22000640005 per l'affidamento della fornitura di Apparecchiature Analitiche da Banco marchio Hach Lange.

Chiarimenti.

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti inerente la RDO in oggetto siamo a fornire le seguenti precisazioni predisposte dal Responsabile del Procedimento.

Domanda 1: si fa presente che, con riferimento *ai richiesti n. 2 Spettrofotometri Hach Lange modello DR 3900 con tecnologia RFID HACH da banco dedicato all'analisi delle acque* il codice del DR 3900 è errato. Il codice indicato nella Vostra richiesta di offerta è quello del termostato;

Risposta 1 Si conferma che il codice LTV082.99.1002 riportato per n°2 Spettrofotometri Hach Lange modello DR 3900 con tecnologia RFID HACH da banco dedicato all'analisi delle acque per la sede Laboratoristica di Ravenna è errato. Il codice corretto è il seguente: **LPV440.99.00001**

Domanda 2 si chiede di precisare se il termostato richiesto è mono piastra o bipiastra

Risposta 2 Si precisa che alla voce N° 1 Termostato Hach Lange modello LT200-1 a singola piastra per 2 cuvette per la sede di Bologna. cod. LTV082.99.10002, il termine "*singola*" va sostituito con "*bipiastra*" ed il codice diventa **LTV082.99.21002**. Le specifiche tecniche

indicate sono comunque corrispondenti allo strumento bipsastra.

Il Responsabile del procedimento

(dott. Ivan Scaroni)

Documento firmato digitalmente