

Ai fornitori invitati

## Comunicazione a mezzo portale MEPA

**OGGETTO: RDO aperta n. 3496361 l'affidamento della fornitura, suddivisa in due lotti, di n. 2 sistemi di analisi per cianuri liberi e totali e n. 2 sistemi di analisi automatizzati per determinazione indice di permanganato.  
CIG Lotto 1: 973379019E - CUP I83C22000640005**

### CHIARIMENTI

Con riferimento alla RdO aperta n. 3496361 per l'affidamento in oggetto, facendo seguito a richiesta chiarimenti, siamo a fornire le seguenti precisazioni relativamente al lotto 1 per l'affidamento di un sistema di analisi per cianuri liberi e totali in matrici acquose e solide previa estrazione, con accessori:

- Al paragrafo **2.1.5 Sistema di rilevazione UV** il disciplinare tecnico riporta un refuso nel testo.

Il sistema di rivelazione richiesto è da intendersi invece "**UV-Visibile**", fermo restando i requisiti indicati ai punti 1 e 2 del paragrafo suddetto.

Ringraziando per la collaborazione porgiamo distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott.ssa Cecilia Bergamini)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente