

**Stazione appaltante:**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**Fornitore aggiudicatario:** Bioclass Srl, avente sede legale in Via N. Rodolico, 152  
- 51100 Pistoia (PT) - C.F/P.Iva 01739430476,

**Contratto:** PG/2023/0099564 del 7/06/2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)**

**PREMESSE**

**Oggetto**

Oggetto del presente certificato di regolare esecuzione è la fornitura di un sonicatore ad immersione e accessori, destinato ai laboratori della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae Emilia Romagna, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 367 del 08/05/2023, per l'importo complessivo di € 5.950,00 + IVA al 22% per un totale complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 7.259,00.

La fornitura rientra nel finanziamento relativo al Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima"- Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", linea progettuale "Strumenti ed accessori per esposizione in vitro".

**CUP I83C22000640005**

**CIG : 9723425824**

**Responsabile Unico del procedimento**

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Maria Grazia Mascolo, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d. lgs. 50/2016.

### **Stipula (e avvio dell'esecuzione)**

Il contratto prot. PG/2023/0099564, è stato stipulato il 07/06/2023 a seguito di espletamento di Trattativa diretta n. 3489232/2023 sul MePa di Consip. L'avvio dell'esecuzione del contratto è stato disposto il documento di stipula di cui sopra.

### **Subappalto**

Non richiesto in fase di gara

### **Tempo utile per l'esecuzione della fornitura:**

Consegna entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula disposta con prot. PG/2023/0099564 del 07/06/2023. Collaudo entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

In data 07/07/2023, la ditta ha comunicato che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà (ritardi nell'importazione da estero), la consegna non sarebbe potuta avvenire prima del 28/07/2023.

Valutato che sono ancora in corso i lavori di adeguamento del laboratorio in uso alla struttura APS, è stato considerato nel miglior interesse dell'Amministrazione accogliere la richiesta di proroga, con la condizione di esecuzione del collaudo contestuale alla consegna.

La consegna della strumentazione oggetto di collaudo è avvenuta il 27 luglio 2023. Nel corso del collaudo è stato verificato che il box asonoro non era idoneo all'utilizzo dello strumento con le punte acquistate. Il collaudo è pertanto stato sospeso in attesa di accertamenti da parte della ditta Bioclass e il bene è stato conservato presso la sede Arpae.

In data 13/09/2023, con i lavori di adeguamento del laboratorio ancora in corso, sono stati consegnati pinza e morsetto idonei all'utilizzo dello strumento con le punte acquistate ed il collaudo è stato completato positivamente. **Adempimenti**

### **PNC**

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

Inoltre, in relazione al numero di dipendenti dichiarati in fase di affidamento (10), il Fornitore non ha obbligo di produrre la relazione sulla situazione del

personale, la certificazione di cui all'art. 17 della l. 68/99 e la relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge.

**Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

**Documento di Regolarità Contributiva:**

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Bioclass Srl (D.U.R.C. INPS\_36260446 con scadenza al 30/09/2023) che ne attesta la regolarità.

**Stato finale**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b><u>Importo contrattuale</u></b> | 5.950,00 € |
| <b><u>IVA</u></b>                  | 1.309,00 € |
| <b><u>Totale</u></b>               | 7.259,00 € |

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

|         |  |
|---------|--|
| nessuno |  |
|         |  |
|         |  |

Resta il credito netto dell'impresa:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| fattura n° 2023030000353 del<br>31/07/2023 | 5.950, 00 € + IVA 22% |
|  |                       |
|  |                       |

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto PG/2023/0099564 del 7/06/2023 relativo alla fornitura di un sonicatore ad immersione e accessori destinato ai laboratori della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae Emilia Romagna eseguito dalla società Bioclass Srl con sede in Via N. Rodolico, 152 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.Iva 01739430476, liquidando il credito residuo pari ad euro € 5.950,00.

Bologna,

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(dott.ssa Maria Grazia Mascolo)\*

*\* firmato digitalmente secondo la normativa vigente*